

Bydgoszcz, dnia 01-02-2016

.....
pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro

dotyczy zamówienia „Automatycznej maszyny wytrzymałościowej 3000 kN wraz z wyposażeniem” CPV 38500000-0

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej przedmiotu zamówienia :

Automatycznej maszyny wytrzymałościowej 3000 kN

- maszyna oprócz własnego zakresu 3000 kN, musi umożliwiać podłączenie minimum dwóch kolejnych ram badawczych,
- rama o sztywności i stabilności zgodnej z normą EN 12390-4,
- zamykane transparentne drzwi bezpieczeństwa,
- awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa odcinający zasilanie maszyny po wciśnięciu,
- płyty dociskowe o średnicy minimum 300 mm i twardości minimum 55 HRC,
- prześwit pionowy między płytami dociskowymi minimum 350 mm,
- prześwit poziomy (między kolumnami) minimum 370 mm,
- prasa wyposażona musi być w elektroniczny, automatyczny system sterowany mikroprocesorem,
- koniecznie wymagana jest możliwość pokazywania wykresu siła/czas na wyświetlaczu podczas trwania badania (w czasie rzeczywistym),
- menu w języku polskim,
- dotykowy ekran sterujący,
- złącze Ethernet do komunikacji z PC oraz USB do podłączenia Pen Drive do zapisu danych (dane zapisane na Pen Drive po przeniesieniu na komputer powinny umożliwiać wygenerowanie raportu z wykresem siły w czasie),
- rozdzielczość odczytu – minimum 130.000 punktów,
- zasilanie: 230V/50Hz/1F,
- moc: nie większa niż 750 W,
- zestaw płytek dystansowych umożliwiający badanie próbek sześciennych: 100x100x100mm, 150x150x150mm, walcowych: 150x300 mm oraz 160x320 mm,
- przystawka do badania wytrzymałości na zginanie przy rozłupywaniu kostki brukowej oraz próbek sześciennych 150mm EN 1338 oraz EN 12390-6 oraz 300 pasków badawczych,
- stolik wibracyjny o wymiarach 600x400mm na dwie próbki sześciennie 150x150x150mm, EN 12390-2, 230V/50Hz/1F, z zaciskiem do blokowania form na stoliku wibracyjnym, wyłącznik do stolika wibracyjnego umieszczony w pedale, 230V/50Hz/1F,
- 12 form stalowych sześciennych 150x150x150mm do formowania próbek betonowych, rozbieralnych na 4 części.

2. Warunki stawiane Wykonawcom : Ofertę należy podać w walucie polskiej w PLN. Wszystkie elementy urządzenia oraz dodatkowego wyposażenia muszą być nowe. Do oferty załączyć należy opis techniczny, oraz zdjęcie urządzenia. W zamówieniu należy skalkulować transport, montaż w miejscu użytkowania, uruchomienie, wzorcowanie zestawu i szkolenie personelu w zakresie obsługi.

3. Termin realizacji zamówienia : do 90 dni od podpisania umowy

4. Kryterium wyboru oferty :

- 1) Cena 100 %
- 2) inne 0%


5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy:

- udzielnie minimum 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia oraz oprogramowanie sterujące,
- w przypadku uszkodzenia oprogramowania, czy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca naprawi urządzenie na swój koszt,
- w przypadku wadliwości urządzenia, Wykonawca wymieni urządzenie, na urządzenie wolne od wad,
- w cenę wliczyć transport, montaż, uruchomienie, wzorcowanie i wydanie świadectwa wzorcowania (ważność świadectwa wzorcowania min. 11 miesięcy) oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego w dniu podpisania protokołu odbioru urządzenia (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),
- za początek gwarancji uważa się dzień po przeszkoleniu pracowników w siedzibie Zamawiającego i obustronne podpisanie protokołu odbioru po którym następuje wystawienie faktury z terminem płatności 30 dni,
- bezpłatny serwis gwarancyjny oraz na koniec gwarancji bezpłatny przegląd pogwarancyjny,
- przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cen.

6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - nie

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
Katarzyna Oskaldowicz - tel. /52/582-27-36

8. Ofertę należy złożyć do dnia 11-02-2016r. do godz. 09.00 na adres : Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz lub faksem na Nr /52/ 582-27-77 lub pocztą elektroniczną na adres TL@ZDMIKP.BYDGOSZCZ.PL.


p.o. DYREKTORA
Tomasz Szymański